HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Célfelhasználók: Professzionális, képzett felhasználó gyógyászati környezetben.
Rendeltetés: Nem invazív és invazív orvostechnikai eszközök fertőtlenítése.

Súlyos váratlan események jelentése: Kérjük, jelentsen minden, a termékkel kapcsolatos súlyos váratlan eseményt a gyártónak - BODE Chemie GmbH (complaint@bode-chemie.de) - és az illetékes nemzeti hatóságnak.

Alkalmazás: Merülőfürdős újrafeldolgozáshoz: készítse el a munkaoldatot hideg (legfeljebb szobahőmérsékletű) vízzel. Gondoskodjon róla, hogy a munkaoldat minden felületet elérjen, így az összes üreget is. A behatási idő letelte után a fertőtlenítőszer maradványait (legalább ivóvíz minőségű) vízzel távolítsa el.

Megjegyzés: Előtisztítással távolítsa el a szennyeződéseket. Ne keverje más termékekkel. Kerülje az aldehid és az amin tartalmú termékek érintkezését. Ha másik termékre vált, végezzen köztes tisztítást. Tartsa be a műszer gyártójának újrafeldolgozási utasításait. Naponta cserélje ki a munkaoldatot.

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2025. 05. hó